

Фактична адреса:  
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057  
Місцезнаходження:  
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,  
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103  
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)  
E-mail: info@igar.ua



Business address:  
20, METALISTIV Str., KYIV,  
03057, UKRAINE  
Registered address:  
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,  
01103, UKRAINE  
phone/fax 380-44-585-34-55  
380-44-585-34-56  
E-mail: info@igar.ua

Вих. №236  
від "16" травня 2018р.

**Державна служба України з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками**  
03115, м. Київ, просп. Перемоги, 120-А

На Ваш вих.№3900-1.2/3.3/17-18 від "03" травня 2018р. надаємо інформацію щодо термометрів медичних максимальних скляних торгової марки IGAR відповідно до вимог Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду, затвердженого постановою КМУ від "26" грудня 2011р. №1401.

*Додатки на 5 (п'яти) аркушах:*

1. Повідомлення про продукцію з додатком від "15" травня 2018р. №236/1 на 5 (п'яти) аркушах.

Директор



*Биков В.Г.*

Додаток  
до Порядку подання повідомлення про продукцію,  
яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності  
продукції, органам державного ринкового нагляду

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції**

"16" травня 2018р. № 236/1  
(дата та вихідний реєстраційний номер)

Виробник (розповсюджувач) Товариство з обмеженою відповідальністю "ІGAR"  
(повне найменування)

Адреса виробника (розповсюджувача) 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 18-а

Код виробника (розповсюджувача) 19243202  
(згідно з ЄДРПОУ)

Назва продукції Термометр медичний максимальний скляний торгової марки IGAR  
(повне найменування, тип, вид, марка, торговельна марка (товарний знак))

Код згідно з ДКПП не застосовуються, оскільки продукція не є продукцією вітчизняного виробництва  
(для вітчизняної продукції)

Код згідно з УКТЗЕД 9025112000  
(за наявності документального підтвердження класифікації товарів згідно з УКТЗЕД для продукції іноземного виробництва)

Місцезнаходження виробництва № 21, Xixin Road, Xibei Town, Wuxi City, Jiangsu, 214194, China

Код країни-виробника CN  
(згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 (код Альфа-2))

Кількість продукції, номер партії 2017.08, 2017.07, 2017.06, 2017.05., 2017.04, 2017.03, 2017.02, 2017.01  
(тільки для партії продукції)

Інформація про ланцюги постачання відповідної продукції основним імпортером продукції в Україні є ТОВ "ІGAR", яке розповсюджує продукцію через оптово-роздрібних покупців, від яких продукція потрапляє до кінцевих споживачів (користувачів).

Не відповідає вимогам п.44 Технічного регламенту щодо медичних виробів, п.47 Додатку 1 до Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від "02" жовтня 2013 року №753  
(назва та відповідні положення нормативно-правових актів)

Вжиті заходи із забезпечення безпечності продукції невідповідність не впливає на якість, ефективність та безпечність продукції.

Відомості про будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи стосовно продукції обмеження надання продукції на ринку шляхом усунення формальної невідповідності (нанесення на інструкцію із застосування медичного виробу маркування знаком відповідності технічним регламентам, зазначення в інструкції із застосування медичного виробу дати випуску або останнього перегляду інструкції із застосування на продукцію, повернутою від покупців та яка є на складі виробника).

Якщо продукція становить серйозний ризик, у повідомленні також зазначається:

повний опис серйозного ризику продукція не становить серйозний ризик


інша інформація, необхідна для відстеження походження продукції та її обігу Термометр медичний максимальний скляний торгової марки IGAR, номер партії 2017.08, 2017.07, 2017.06, 2017.05., 2017.04, 2017.03, 2017.02, 2017.01 постачається на території України з листопада 2016р.

заходи, вжиті з метою запобігання ризикам, які становить продукція для споживачів (користувачів) направлено повідомлення покупцям ТОВ "ІГАР" про повернення продукції для вжиття заходів щодо приведення такої продукції у відповідність із встановленими вимогами

інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції інформація відсутня

Директор  
(посада)

(підпис)



В.Г. Биков

(ініціали та прізвище посадової особи)

**Додаток №1**  
**до ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції від "15" травня 2018р. № 236/1**

