

Вих.№ 050618/5 від 05.06.2018

До Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екобінт», місцезнаходження: Україна, вул. Академіка Белелюбського, буд. 14, що є виробником наборів гінекологічних оглядових стерильних ТМ Paramed, висловлює свою повагу та інформує про наступне:

у зв'язку з особливостями технологічного процесу, що використовувався при пакуванні медичних виробів, а саме набору гінекологічного, інформація стосовно кінцевого строку використання, а саме послідовність дати, місяця та року виготовлення була зазначена на упаковці в нижчезазначеному форматі



Використати
до: 09.08.2022

Дата виготовлення зазначена наступним чином: 09.08.2017 р

Уточнення: термін придатності та дату виготовлення на пакуванні, слід читати в форматі XXXX-XX (рік –місяць).

Вказана невідповідність стосується наступних гінекологічних наборів:

набір гінекологічний оглядовий №1 стерильний ТМ Paramed серія 09.08.2017
набір гінекологічний оглядовий №2 стерильний ТМ Paramed серія 09.08.2017
набір гінекологічний оглядовий №3 стерильний ТМ Paramed серія 09.08.2017
набір гінекологічний оглядовий №4 стерильний ТМ Paramed серія 09.08.2017
набір гінекологічний оглядовий №5 стерильний ТМ Paramed серія 09.08.2017
набір гінекологічний оглядовий №6 стерильний ТМ Paramed серія 09.08.2017
набір гінекологічний оглядовий №7 стерильний ТМ Paramed серія 09.08.2017
набір гінекологічний оглядовий №8 стерильний ТМ Paramed серія 09.08.2017
набір гінекологічний оглядовий №10 стерильний ТМ Paramed серія 09.08.2017

Слід зазначити, що вищевказана невідповідність має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на властивості медичних виробів, їх якість, ефективність та безпеку споживача.

ТОВ «Екобінт» гарантує якість, безпечність, ефективність зазначених медичних виробів та зобов'язується виправити технічну помилку при виготовленні наступних партій.

Директор ТОВ «ЕКОБИНТ»



№ Держлікслуж. Степанова Т.Л.
№7566/0/08-18 від 18.06.2018

