

Вих. № 01/50 від 27.06.2018До державної служби з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіко», місцезнаходження: 49040, м. Дніпро вул. Панікахи буд.2, офіс 411, що є Уповноваженим представником виробника Rossmax International Ltd., 12F, No.189, Kang Chien Rd., Taipei, Taiwan на території України, висловлює свою повагу та повідомляє про наступне:

У зв'язку з особливостями технологічного процесу, що використовувався при друкуванні Інструкції з експлуатації до інгаляторів, тонометрів та цифрових термометрів було допущено помилку, а саме: відсутня інформація щодо дати складання / останнього перегляду інструкції. Вказана невідповідність стосується наступних медичних виробів і партій:

- Інгалятор Компресорний Rossmax NE100, партія 16C001, 16B001, 174001, 17B001;
- Інгалятор Компресорний Rossmax NA100, партія 16C001, 16B001, 17B001, 183001
- Інгалятор Компресорний Rossmax NB500, партія 16C001, 16B001, 178001;
- Інгалятор Компресорний Rossmax NF60, партія 16C001, 16B001, 174001, 17B001;
- Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень Rossmax X1, партія 17A048;
- Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень Rossmax X3, партія 17A050, 185047;
- Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень Rossmax X5, партія 17A051, 185048;
- Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень Rossmax CH15E, партія 17A049;
- Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень Rossmax AV91, партія 17A052;
- Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих скорочень Rossmax S150, партія 17A053;

м2 Держлікслужба
№26197/0/06-16 від 04.07.2016

12



- Вимірювач артеріального тиску Rossmax GB102, партія 183P01, 185P01;
- Термометр медичний цифровий Rossmax TG100, партія 183P01, 185P01;
- Термометр медичний цифровий Rossmax TG380 Qutie, партія 183P01;

Слід зазначити що вищезазначена певідповідність має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на якість приладів, ефективність та безпеку споживача. ТОВ «Медіко» гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених медичних виробів та зобов'язується виправити помилку при наданні наступних партій.

Директор ТОВ Медіко



Ярошевський С.Б.