

Вих № 01/49 від 27.06.2018До державної служби з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіко», місцезнаходження: 49040, м. Дніпро вул. Панікахи буд.2, офіс 411, що є Уповноваженим представником виробника Dongguan Aidisy Machinery & Electronic Equipment Co., Ltd. за адресою Part B, 3rd F. Block A, Wentang Industrial Park, Longhua Road, Zhouwu Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, 523000, P.R.China на території України, висловлює свою повагу та повідомляє про наступне:

У зв'язку з особливостями технологічного процесу, що використовувався при друкуванні Інструкції з експлуатації до Небулайзерів Paramed Інгаліаторів компресорних, було допущено помилку, а саме: відсутня інформація щодо дати складання / останнього перегляду інструкції. Вказана невідповідність стосується наступних медичних виробів і партій:

- Небулайзер Paramed Assistant Інгаліатор компресорний, партії 012016, 122016, 042017, 082017, 092017, 112017;
- Небулайзер Paramed Compact Інгаліатор компресорний, партії 012016, 122016, 042017, 082017, 092017, 112017;
- Небулайзер Paramed Air Plus Інгаліатор компресорний, партії 012016, 042017, 082017, 092017, 112017;
- Небулайзер Paramed Air Pro Інгаліатор компресорний, партії 012016;
- Небулайзер Paramed Puppy Інгаліатор компресорний, партії 042017, 082017, 092017, 112017;

Слід зазначити що вищезазначена невідповідність має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на якість приладів, ефективність та безпеку споживача. ТОВ «Медіко» гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених медичних виробів та зобов'язується виправити помилки при виробленні наступних партій.

Директор ТОВ Медіко



Ярошевський С.Б.

м2 Держлікслужба
№6198/06-16 від 04.07.2018
12 