

Вих № 01/48 від 27.06.2018

До державної служби з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

Товариство з обмеженою відповідальністю «Медіко», місцезнаходження: 49040, м. Дніпро вул. Панікахи буд.2, офіс 411, що є Уповноваженим представником виробника **Shenzhen Union Technology Co., Ltd.** 4th. Building, Hi-tech Industrial Zone, Heping Community, Fuyong Baoan District, 518103 Shenzhen, P.R.CHINA на території України, висловлює свою повагу та повідомляє про наступне:

У зв'язку з особливостями технологічного процесу, що використовувався при друкуванні Інструкції з експлуатації Вимірювачів артеріального тиску та частоти серцевих скорочень Paramed, було допущено помилку, а саме: відсутня інформація щодо дати складання / останнього перегляду інструкції. Вказана невідповідність стосується наступних медичних виробів і партій:

- Вимірювач артеріального тиску та серцевих скорочень Paramed Basic, партії 012016, 072017, 092017;
- Вимірювач артеріального тиску та серцевих скорочень Paramed One, партії 012016, 072017, 092017;
- Вимірювач артеріального тиску та серцевих скорочень Paramed Expert партії 012016, 092017;
- Вимірювач артеріального тиску та серцевих скорочень Paramed Indicator партії 012016;
- Вимірювач артеріального тиску та серцевих скорочень Paramed Light партії 012016;
- Вимірювач артеріального тиску та серцевих скорочень Paramed X3 партії, 092017;
- Вимірювач артеріального тиску та серцевих скорочень Paramed X5 партії 012016.

Слід зазначити що вищезазначена невідповідність має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на якість приладів, ефективність та безпеку споживача.

ТОВ «Медіко» гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених медичних виробів та зобов'язується виправити помилку при підготовці наступних партій.

Директор ТОВ «Медіко»



Ярошевський Є.Б.

МЗ Держзінслужба
№26199/0/08-16 від 04.07.2018

12