



Вих. №: 79 /20 від 19.04.2020

**Державна служба України з
лікарських засобів та контролю за
наркотиками**

Представництво «Ядран-Галенська Лабораторія д.д.» в Україні, що є уповноваженим представником виробника Ядран-Галенський Лабораторій д.д., Хорватія висловлює Вам свою повагу та інформує про наступне:

На вторинній упаковці медичного виробу Оптінол[®], очні краплі, розчин 0,21% 10 мл було допущено технічну помилку, а саме в тексті маркування упаковки в слові «дискомфорті» застосовано зайву букву.

Дана невідповідність стосується наступних партій:

Назва	Номер партії	Термін придатності
Оптінол [®] , очні краплі, розчин 0,21% 10 мл	310592	30.11.2022
Оптінол [®] , очні краплі, розчин 0,21% 10 мл	31159	30.11.2022
Оптінол [®] , очні краплі, розчин 0,21% 10 мл	008502	31.01.2023

Слід зазначити, що виявлена технічна помилка має суто технічний характер, не змінює значення слова і жодним чином не впливає на якість та властивість вищезазначених медичних виробів, ефективність та безпеку для споживача.

Зобов'язуємося, що при виготовленні наступних партій вищевказаних медичних виробів технічна помилка буде виправлена.

Гарантуємо якість, безпеку та ефективність медичного виробу Оптінол[®], очні краплі, розчин 0,21% 10 мл.

З повагою,

Директор представництва

Виконавець:
Менеджер з реєстрації
Кухар Тетяна
067 405-92-08



Каракай І. О.

