



Вих. № 215/1/ВУ

від 10 березня 2020 р.

**Державна служба з лікарських
засобів та контролю за наркотиками**

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВЕГА УКРАЇНА», місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 17, що є уповноваженим представником на території України інгаляторів Vega виробника: ShenZhen Bi-rich Medical Devices Co., Ltd., The 1st building of No. 10, Xinqiao GangZai Road, Xinqiao Street, Bao'An District ,518125, Shenzhen City, Guangdong Province, P. R. China, висловлює свою повагу та повідомляє наступне:

Вся продукція вищевказаного виробника пройшла оцінку відповідності і має сертифікат відповідності та декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів.

На виконання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на упаковку, інструкцію та етикетку продукції виробника: ShenZhen Bi-rich Medical Devices Co., Ltd., (TM VEGA healthlife), а саме інгаляторів Vega моделей CN01W та VN-420 було нанесено знак відповідності технічним регламентам:

- Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого Постановою КМУ №1077 від 16.12.2015 року;
- Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого Постановою КМУ від 16.12.2015 року №1067.

Вказана невідповідність стосується наступних партій:

Інгалятори Vega:

CN01W (SN: 2017113010000001 TO SN: 2017113010001320 LOT NO 2017-03; SN: 2017256010000001 TO SN: 2017256010003000 LOT NO 2017-07; SN: 2017406010000001 TO SN: 2017406010003000 LOT NO 2017-10; SN: 2018045010000001 TO SN: 2018045010003000 LOT NO 2018-01; SN: 2018056010000001 TO SN: 2018056010002502 LOT NO 2018-01; SN: 2018253010000001 TO SN: 2018253010002520 LOT NO 2018-06; SN: 2018384010000001 TO SN: 2018384010003000 LOT NO 2018-09; SN: 2018431010000001 TO SN: 2018431010002520 LOT NO 2018-10; SN: 2019015010000001 TO SN: 2019015010003504 LOT NO 2019-01; SN: 2019284010000001 TO SN: 2019284010003000 LOT NO 2019-09; SN: 2019425010000001 TO SN: 2019425010001998 LOT NO 2019-10; SN: 2020022010000001 TO SN: 2020022010002004 LOT NO 2020-01)

VN-420 (SN: 2017113010001321 TO SN: 2017113010004120 LOT NO 2017-03; SN: 2017256010003001 TO SN: 2017256010005000 LOT NO 2017-07; SN: 2017406010003001 TO SN: 2017406010005500 LOT NO 2017-10; SN: 2018045010003001 TO SN: 2018045010005500 LOT NO 2018-01; SN: 2018056010002503 TO SN: 2018056010006502 LOT NO 2018-01; SN: 2018253010002521 TO SN: 2018253010005520 LOT NO 2018-06; SN: 2018384010003001 TO SN: 2018384010006504 LOT NO 2018-09; SN: 2019015010003505 TO SN: 2019015010007008 LOT NO 2019-01; SN: 2019284010003001 TO





VEGA TRADE HOUSE
UKRAINE

ТОВ «Торговий Дім «Вега Україна»
49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 17, офіс 203
Р/р 26006060805413, у банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299, ЄДРПОУ 38199399
Тел. (0562) 34-22-06
E-mail: office@vega-healthlife.com

SN:2019284010008000 LOT NO 2019-09; SN:2019425010001999 TO SN:2019425010005302
LOT NO 2019-10; SN:2020022010002005 TO SN:2020022010005004 LOT NO 2020-01)

Слід зазначити, що вищевказана невідповідність має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на якість продукції, ефективність та безпеку споживача.

ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВЕГА УКРАЇНА» гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених медичних виробів та зобов'язується усунути формальну невідповідність, залишки продукції з зазначеним вище маркуванням будуть розпродані, після чого дане маркування буде змінено на правильне.

Директор
ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВЕГА УКРАЇНА»



/В.П. Істомін /

