

Товариство з обмеженою відповідальністю «СВК МЕДІКУС»

49000, м. Дніпро, вул. Плеханова, буд. 15А
ЄДРПОУ 37987591, ІПН 37987591
п/р 26008050238526 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299
тел. (0562) 386090

Вих. № 21/СВК/М
від 21 травня 2021 р.

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками

Товариство з обмеженою відповідальністю «СВК МЕДІКУС», місцезнаходження:
вул. Плеханова 15-А, м. Дніпро, 49044, Україна, є уповноваженим представником на
території України виробника:

TSD SAGLIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI адреса
розташування ADIL MAH. EKOL CAD. NO:12/A 34935 SULTANBEYLI – ISTANBUL /
TURKEY,

Висловлює свою повагу та повідомляє наступне:

Вся продукція вищевказаного виробника відповідає вимогам Технічного регламенту
№ 753 затверджений постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року.

У зв'язку з рішенням виробника, на маркуванні медичних виробів Устілки
діабетичні 829, REF 829, дата виробництва 04.05.18, зазначений термін придатності у
форматі «5 років від дати виробництва».

Вказана невідповідність стосувалася виключно партії товару: 730874

Оскільки, згідно Технічного регламенту щодо медичних виробів затвердженого
постановою КМУ від 2 жовтня 2013 року, а саме пункту 44, п.п.5 :

5) в разі потреби - строк, до якого гарантовано безпечне застосування медичного
виробу, із зазначенням року та місяця;

Тому, в наступних партіях товару, на вищеперераховані медичні вироби, на стікері
кожної одиниці товару «термін придатності» буде зазначений у форматі рік-місяць-день.

Звертаємо Вашу увагу на те, що дана невідповідність, має виключно технічний
характер і жодним чином не впливає на якість продукції, ефективність та безпеку
споживача.

ТОВ «СВК МЕДІКУС», гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених
медичних виробів.

На даний момент залишки вказаної продукції відсутні і продукція повністю
реалізована.

Директор
ТОВ «СВК МЕДІКУС»



Є.С. Материнський /

М2 Держлікслужба
№10166/0/08-21 від 02.06.2021
005.0