

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВІЖНІПЛАС ІОКРЕЙН»

49000, Україна, м.Дніпро, вул.Філософська, б.84, корп.25, оф.117
тел. 0 (800) 330 297, e-mail: vplus@vpu.com.ua, ЄДРПОУ 38895444

Від 29 листопада 2021 р.

№ 29112021-1

Державна служба України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками
03115, м. Київ, просп. Перемоги, 120А
+380 (44) 422-55-77, +380 (44) 422-55-73

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЖНІПЛАС ІОКРЕЙН», місцезнаходження 49006, Україна, м.Дніпро, вул.Філософська, буд.84, корп.25, оф.117 що є уповноваженим представником WENZHOU HIEASY IMP.&EXP.CO.,LTD, ROOM 17C08,E ZHANNAN TRADE BUILDING,WENZHOU CHINA висловлює свою повагу та повідомляє про наступне:

Вся продукція вищесказанного виробника відповідає вимогам Технічного регламенту №753 затверджений постановою КМУ від 02 жовтня 2013 року.

У зв'язку з друкарською помилкою, на маркуванні медичних виробів вказаних нижче, зазначений термін придатності «необмежений»:

Оправа металева для окулярів, що коригують зір «Темро», модель Т4667 С3 56-18-145, дата виготовлення: 2017р.

Вказана невідповідність стосується наступних партій товару: TML01.

Враховуючи ситуацію, що склалася, виробником WENZHOU HIEASY IMP.&EXP.CO.,LTD були вжиті коригувальні заходи, щодо виправлення невідповідності в маркуванні (зразок нового маркування додається до листа).

Звертаємо Вашу увагу, що вище зазначена невідповідність має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на якість медичних виробів та безпеку для споживача.

ТОВ «ВІЖНІПЛАС ІОКРЕЙН», гарантує якість, безпечність зазначених медичних виробів та зобов'язується усунути формальну невідповідність, залишки продукції з зазначеним вище маркуванням будуть розпродані, після чого дане маркування буде змінено на правильне.

Просимо прийняти до уваги дане уточнення та опублікувати інформацію на офіційному сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в «Повідомленнях від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції».



Горбань В.О.

М2 Держлікслужба
№71/0/08-22 від 05.01.2022

