


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
“ДОПОМОГА-І”
ТОВ «ДОПОМОГА-І»

Юридична адреса: вул. Шевченка,
буд 13, м. Яготин, Київська обл., 07700
Фактична адреса: вул. Полтавська, 30,
с. Петропавлівська Борщагівка,
Бучанський р-н, Київська обл., 08129
тел. (044) 463 77 75
www.dopomoga1.com
e-mail: info@dopomoga1.com



LIMITED LIABILITY
COMPANY
“DOPOMOGA-I”
“DOPOMOGA-I”, LLC

Legal address: Shevchenko Street, 13,
Yagotyn town, Kyiv region, 07700
Actual address: Poltava'ska street, 30,
Petropavlivs'ka Borschagivka village,
Buchansky district, Kyiv region, 08129
phone (044) 463 77 75
www.dopomoga1.com
e-mail: info@dopomoga1.com

Код ЄДРПОУ 32395558

Company № 32395558

«17» лютого 2022 року № 438/02

Державна служба України
з лікарських засобів та
контролю за наркотиками
03115, м. Київ, пр. Перемоги, 120-А

Товариство з обмеженою відповідальністю «Допомога-І», що є виробником медичних виробів інформує Вас про наступне.

При виробництві медичних виробів Скальпель “MEDICARE” одноразового використання та Лезо для скальпеля “MEDICARE” одноразового використання, номери партій: CJ19182; CJ19353; CJ19456; CJ19583; CJ20214; CJ20615; CJ20668; CJ20783; CJ206791; CJ21043; CJ21200; CJ21021 було допущено технічну помилку при нанесенні знаку відповідності на індивідуальному пакуванні, а саме нанесений знак відповідності менше 5мм. Проте похибка становить менше 20 відсотків, що відповідає вимогам Постанови КМУ №1184 від 30 грудня 2015 зі змінами. В подальшому при виготовленні зазначених вище медичних виробів розмір трилисника становить 5мм.

Слід зазначити, що виявлена формальна невідповідність має суто технічний характер і жодним чином не впливає на якість, безпечність та властивості цих медичних виробів та не несе небезпеки для споживачів. ТОВ «Допомога-І» гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених медичних виробів.

З повагою, директор



Лариса РОМАНОВА

