

До Держлікслужби надійшла інформація Федеральної комісії із захисту від санітарних ризиків, Комісії з доказів та управління ризиками (COFEPRIS), Мексики щодо виявлення на ринку Мексики подробленого продукту Higlobin® Immunoglobulina Humana Normal Endovenosa solución inyectable 5 g

Reference Number: AS No. 20/2022

За результатами досліджень власник реєстраційного свідоцтва повідомив, що продукт фальсифікований

Фото продукту, щодо якого Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків, Комісії з доказів та управління ризиками (COFEPRIS), Мексики попереджає щодо фальсифікації



- кришки флакону погано оброблені
- пробки пошкоджені
- фізичний вигляд розчину жовтуватого кольору.

Вторинна упаковка пошкоджена, термін придатності 05.2022.

Детальна інформація за посиланням:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/758309/Alerta_Sanitaria_Higlobin_08092022.pdf

Згідно з Державним реєстром лікарських засобів України, станом на 24.09.2022, препарат Higlobin® Immunoglobulina Humana Normal Endovenosa solución inyectable 5 g в Україні, як лікарський засіб незареєстрований.

До уваги!

Якщо у вас виникли додаткові запитання або ви хочете повідомити про інциденти, зокрема щодо фальсифікованих лікарських засобів, звертайтеся до Держлікслужби (dls@dls.gov.ua).