



ФЛОРИ СПРЕЙ
Виробництво косметичних засобів

ТОВ «ФЛОРИ СПРЕЙ»,
Україна, 61105, м. Харків,
вул. Киргизька 19, літ. "2Р-1",
телефон: (057) 703-15-83,
код 33608589,
ПІН 336085820377,
№ свід. 29701102,
www.flory-spray.com.ua

№ 25 від 24.04.2023 р.

**Державна служба з лікарських засобів
та контролю за наркотиками
03115, м. Київ, просп. Перемоги, 120-А**

Щодо інформування користувачів медичних виробів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЛОРИ СПРЕЙ», Україна, 61105, м. Харків, вул. Киргизька, 19, літ. «2Р-1», код ЄДРПОУ 33608589, тел.: +38-057-703-15-83, що є виробником засобів медичних на основі морської солі для догляду за порожниною носа та носоглотки у формі спреїв (С), аерозолів (А), крапель (К), які відносяться до 1 класу (нестерильні, без функції вимірювання), що пройшли процедуру відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753 (застосована процедура згідно Додатку 8), висловлює свою повагу та повідомляє наступне:


При розробці та друку на пачці була допущена невідповідність у маркуванні, а саме допущена технічна помилка: зазначений термін придатності «Придатний до 05.2026» замість «Придатний до 05.2025». Тому ця партія виробів була додатково на пачці промаркована стікером з коректним терміном придатності «Придатний до 05.2025».

Вказана невідповідність стосується наступної партії:
«АКВА СОЛІН» медичний засіб на основі морської солі для догляду за порожниною носа та носоглотки, спрей 45 мл, партія 060423.
Вищевказана невідповідність має виключно технічний характер та жодним чином не впливає на якість та ефективність продукції та безпеку споживача.

Зобов'язуємося вжити необхідних заходів з метою недопущення у майбутньому введення в обіг медичних виробів з вищезазначеною невідповідністю.

ТОВ «Флорі Спрей» гарантує якість, безпечність та ефективність зазначеного медичного виробу.

Директор ТОВ «Флорі Спрей»



О.В. Глотов

К
М2 Держлікслужба
№6713/0/08-23 від 02.05.2023
001.2 