

Фактична адреса:
вул. МЕТАЛІСТІВ, 20,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 03057
Місцезнаходження:
вул. МИХАЙЛА БОЙЧУКА, 18-А,
м. КИЇВ, УКРАЇНА, 01103
тел/факс (044) 585-34-55 (53, 56)
E-mail: info@igar.ua



Business address:
20, METALISTIV Str., KYIV,
03057, UKRAINE
Registered address:
18-A, MYKHAILO BOYCHUK Str., KYIV,
01103, UKRAINE
phone/fax 380-44-585-34-55
380-44-585-34-56
E-mail: info@igar.ua

Вих. №147
від "17" жовтня 2024 р.

Державна служба України
з лікарських засобів та контролю за
наркотиками
03115, м. Київ, просп. Перемоги, 120

**Повідомлення про невідповідність
продукції**

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІГАР", ЄДРПОУ 19243202, місцезнаходження: Україна, 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 18-а, що є виробником медичних виробів: **Шприци ін'єкційні одноразового використання торгової марки IGAR** на виробничих потужностях Євромед фор Медікал Індастріс (С.А.Е) (Euromed for Medical Industries (S.A.E)) район (10) Блок (і), вільна зона Наср-Сіті, Каїр, Єгипет (Area (10) Block (i), Free zone Nasr City, Cairo, Egypt) висловлює свою повагу та повідомляє про наступне.

У зв'язку з особливостями технологічного процесу, що використовувався при нанесенні маркування на упаковку медичного виробу, знак відповідності технічним регламентам, враховуючи місце його розміщення на індивідуальній упаковці, містить технічну помилку, а саме: *має форму незамкненого з правого боку овалу*, усередині якого вміщено стилізоване зображення та знизу номер органу з оцінки відповідності, що стосується наступних медичних виробів:

Назва медичного виробу	Серія
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 2 мл , з голкою 0,6 × 30 мм (23G × 1 1/4")	22/413
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 5 мл , з голкою 0,7 × 38 мм (22G × 11/2")	22/414
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 10 мл , з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2")	22/415
Шприц ін'єкційний одноразового використання торгової марки IGAR трикомпонентний "Луер-Сліп" 20 мл , з голкою 0,8 × 38 мм (21G × 1 1/2")	22/416

Слід зазначити, що вищевказана невідповідність має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на якість та властивості медичних виробів, ефективність та безпеку для споживача.

ТОВ "ІГАР" гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених медичних виробів та зобов'язується виправити технічну помилку при виготовленні наступних партій.

Директор


Биков В.Г.



Вик. Кріль О.О
(044) 585-34-55

М2 Держлікслужба
№16890/0/08-24 від 06.11.2024
001.1 