

Вих.№ 53 від 28 лютого 2025 р.

**Державній службі України з лікарських
засобів та контролю за наркотиками**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Долфі-Україна», місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 24-А, що є OBL виробником з виробничою дільницею:


- Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd., 16F-1, Building 1, No.98 Chuangyuan Road, Hi-Tech Zone, 315042 Ningbo, Zhejiang Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

медичного виробу:

- Скарифікатор сталевий стерильний, 40 мм (mm), MP MedPlast

висловлює свою повагу та інформує про:

у зв'язку з особливостями технологічного процесу на зворотній стороні пакування лінія відрізу не співпадає з фотоміткою, в результаті чого частина інформації роз'єднана (нижче зразок):



Дана ситуація стосується партії 20241120 у кількості 600000 шт.

Слід зазначити, що наведена вище ситуація має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на якість та ефективність медичного виробу. У зв'язку з чим жодних ризиків для споживачів (користувачів) дана невідповідність не становить та не створює додаткових ризиків, які б могли вплинути на безпечність при використанні такої продукції.

ТОВ "Долфі-Україна" як виробник гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених медичних виробів.

UB

Державна служба
України з лікарських
засобів та контролю за
наркотиками

ЄДРПОУ – 37068787, UA433005280000026005201339168 в АТ «ОТП Банк», МФО 306528064157068780465

свідоцтво платника ПДВ № 200081275.


арк.2



З огляду на вищезазначене просимо не застосовувати обмежувальних (коригувальних) заходів при виявленні вказаної невідповідності, прийняти до уваги дане уточнення та розмістити цю інформацію на офіційному сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в «Повідомленнях від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції».

З повагою,

Директор ТОВ «ДОЛФІ-УКРАЇНА»



І.В. Весновський