



ТОВ «ДІЛЕО ФАРМА», ЄДРПОУ – 36691994, ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, ЄДРПОУ банку 14361575, р/р
UA703006140000026009500212999

Юр. та фіз. Адреса: 04119, м. Київ, вул. Ілленка, 83 Д, оф. 404, Тел./Факс: 044 538-01-26/27

Вих. № 80 від 15.04.2024

Державна служба України з
лікарських засобів та контролю
за наркотиками

ТОВ «Ділео Фарма», яке знаходиться за адресою вул. Ілленка, буд.83-Д, офіс 404, м. Київ, 04119, що є уповноваженим представником на території України виробника Сіньюоріні Медікале Срл, Вул. Артіджанато, 14-37041 Альбаредо-д'Адідже (Верона), Італія (Signorini Medicale Srl, Via dell'artigianato, 14-37041 Albaredo d'Adige (VR), Italy) висловлює Вам свою повагу та повідомляє про наступне:

Було виявлено невідповідності, для наступних медичних виробів:

Партія Кількість Lot Amount	Код/артикул/ Каталожний номер Code/Catalogue number	Назва медичного виробу англійською мовою Name of medical device in English	Назва медичного виробу українською мовою Name of medical device in Ukrainian
Адсорбуючий порошковий спрей з іонічним сріблом			
32G/24 4780 шт	1210470001	BiSilvAloe spray 50 ml	БіСілвАлое спрей 50 мл
31G/24 9900 шт	1210470002	BiSilvAloe spray 125 ml	БіСілвАлое спрей 125 мл

А саме:

- Вказано «Маса нетто», замість «Місткість нетто» у зв'язку з некоректним перекладом.



UB Державна служба
України з лікарських
засобів та контролю за

Olha.kovalchuk@cscukraine.com, +38050 348 54 66

№6080/08-25 від 15.04.2025

арк.2



- З технічних причин номер партії та дата закінчення терміну придатності зазначені внизу ємності, а не біля знаків  та .



Просимо зауважити, що біля цих знаків зазначена фраза: «Надруковано внизу», що свідчить про наявність номеру партії та дати закінчення терміну придатності внизу ємності.



Слова “LOT” та “EXP” надруковані біля номеру партії та дати закінчення терміну придатності в подальшому будуть замінені відповідними знаками.

Дані невідповідності несуть лише технічний характер та не впливають на якість, безпечність, ефективність медичних виробів та будуть усунені починаючи з наступного виробництва.

Просимо прийняти до уваги дане повідомлення під час проведення заходів ринкового нагляду вищезазначених медичних виробів та розмістити дану інформацію на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в категорії: «Повідомлення від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції»

Головний бухгалтер за довіреністю № 1 від 18.03.2025р.

 Н.В. Жиженко

