



ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»,
03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10
тел./факс +38(044) 275-01-08,
e-mail: uf@uf.ua

IBAN UA553510050000026009539628500
в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005,
ЄДРПОУ 30109129

ІПН 301091226585
Свідоцтво платника ПДВ № 36097919,
Платник податку на загальних підставах

05.05.2025

Київ

№ 754

**Державній службі України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрія-фарм», місцезнаходження: Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, що є OBL виробником з виробничою ділянкою: Plot No. 115-116, Sector 59, HSIIDC Industrial Area, Ballabgarh, Faridabad, Haryana 121004, INDIA, висловлює свою повагу та інформує про:

У зв'язку з особливостями технологічного процесу нанесення змінної інформації, а саме дати після застосованих символів «дата виготовлення» та «Використати до» вказані не у вигляді чотирьох цифр року і двох цифр місяця, а вказані у вигляді чотирьох цифр року і трьох літер місяця.

Дана ситуація стосується наступних партій:

Найменування виробу	Партія	Кількість, уп.
«Канюля інфузійна Венопорт плюс, одноразова FER» 18G 1,3x32 mm (мм)	3124122E	99824
	3044722B	34691
«Канюля інфузійна Венопорт плюс, одноразова FER» 18G 1,3x45 mm (мм)	3128422E	54824
	3178423G	99418
«Канюля інфузійна Венопорт плюс, одноразова FER» 20G 1,1x32 mm (мм)	3044822B	189691
	3124222E	119824
	3336424M	124558
	3105724D	119435
«Канюля інфузійна Венопорт плюс, одноразова FER» 22G 0,9x25 mm (мм)	3044922B	249691
	3124322E	199824
	3124422E	49824
	3178523G	199418
	3335824M	289558
	3090924D	149691
	3091024D	129435
«Канюля інфузійна Венопорт плюс, одноразова FER» 24G 0,7x19 mm (мм)	3045022B	129691
	3124522E	94824
	3178623G	149418

Державна служба
України з лікарських
засобів та контролю за
наркотиками
№7414/08-25 від 06.05.2025

арк.2



«Канюля інфузійна Венопорт плюс, одноразова FEP» 26G 0,6x19 mm (mm)	3345124M	124558
	3091124D	129435
	3045122B	74691
	3345224M	79558
	3124622E	59824
	3105824D	79435

Слід зазначити, що наведена вище ситуація має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на якість та ефективність медичного виробу. У зв'язку з чим жодних ризиків для споживачів (користувачів) дана невідповідність не становить та не створює додаткових ризиків, які б могли вплинути на безпечність при використанні такої продукції.

ТОВ «Юрія-фарм», як виробник гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених медичних виробів та зобов'язується виправити технічну помилку при виготовленні наступних партій.

З огляду на вищесказане, просимо прийняти до уваги дане уточнення та розмістити цю інформацію на офіційному сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в «Повідомлення від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції»

З повагою,

Фахівець з регуляторних проектів



Святослав ТАРАНЕНКО