



VEGA TRADE HOUSE
UKRAINE

ТОВ «Торговий Дім «Вега Україна»
49000, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 17, офіс 203
Р/р 26006060805413, у банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299, ЄДРПОУ 38199399
Тел. (0562) 34-22-06
E-mail: office@vega-healthlife.com

Вих. № 28/1 ВУ

від 11 червня 2025 р.

**Державна служба з лікарських
засобів та контролю за наркотиками**

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЕГА УКРАЇНА", місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, вул. Шевченка, буд. 17, що є уповноваженим представником на території України виробника вимірювачів артеріального тиску ТМ Vega та термометрів медичних ТМ Vega Shenzhen Combei Technology Co., Ltd. місцезнаходження: 11-5B, No.105, Huanguan South Road, Dahe Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen, 518110 Guangdong, P.R. China, висловлює свою повагу та повідомляє наступне:

Вся продукція виробника Shenzhen Combei Technology Co., Ltd пройшла оцінку відповідності і має сертифікат відповідності та декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженим Постановою КМУ від 02.10.2013 №753.

У зв'язку з особливостями технологічного процесу, що використовувався при друкуванні упаковок та інструкцій для Вимірювача артеріального тиску автоматичний Vega, що у загальній партії обсягом 6 000 на упаковці та в інструкції до приладу була допущена помилка: замість фактичного роз'єму Micro USB було помилково зазначено роз'єм Type-C.

Вказана невідповідність стосується наступної партії: № 2501004, з наступним серійним номером (SN): 2406019267.

Ця помилка виникла на етапі підготовки графічних матеріалів.

Слід зазначити, що вищевказана невідповідність має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на якість продукції, ефективність та безпеку споживача.

На первинному пакуванні (упаковці) цю невідповідність виправлено шляхом нанесення стікера.

Також зазначаємо, що ми вже **усунули її у всіх наступних виробничих партіях** – як на упаковці, так і в інструкції.



**Кабель
USB Type-C
у комплекті**

- таке помилкове позначення було нанесено на упаковку та зазначено в інструкції.



**Роз'єм
живлення
Micro-USB**

- правильне позначення

У зв'язку з виявленою графічною невідповідністю, нами було вжито відповідних заходів - технічну помилку виправлено шляхом нанесення стікера на зовнішнє пакування..

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЕГА УКРАЇНА" гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених медичних виробів та зобов'язується усунути формальну невідповідність та нанести необхідну інформацію на інструкцію при наступних поставках.

Директор

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЕГА УКРАЇНА"

/О.В. Пархоменко /

