

Товариство з Обмеженою Відповідальністю



УКРТРАВМА

якість у лікуванні переломів

33023, м. Рівне, вул. Відінська, 8. Код ЄДРПОУ 37497045 Р/р UA453253650000002600002335478 Центральна філія ПАТ «Кредобанк»
e-mail: ukrtrauma@gmail.com

Вих. № 02/04

Від 24 квітня 2026 року

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

03115, м. Київ, просп. Берестейський, 120-А

Щодо безпечного та ефективного використання медичних виробів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Укртравма» (ідентифікаційний код юридичної особи: 37497045, місцезнаходження юридичної особи: 33023, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Відінська, буд. 8, Україна) як Уповноважений представник виробника Дітер Марквардт Медіцинтехнік ГмбХ / Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH (місцезнаходження юридичної особи: Robert-Bosch-Str. 1 78549 Spaichingen, Germany / Роберт-Босч-Стр. 1 78549 Спайчінген, Німеччина) на підставі довіреності від 21 липня 2025, повідомляє наступне.

Нами, як Уповноваженим представником, отримана інформація від виробника щодо медичного виробу «Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки».

В Україну було здійснено поставку наступних партій виробу:

№ п/п	Номер за каталогом	Назва медичного виробу	Номер партії	Кількість поставленої продукції
1.	09.63030.110S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,0mm (мм), L (довжина) 110mm (мм)	21/131501	2
2.	09.63030.145S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,0mm (мм), L (довжина) 145mm (мм)	21/132149	2
3.	09.63030.180S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,0mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)	21/131502	2
4.	09.63036.110S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 110mm (мм)	21/131503	2
5.	09.63036.145S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 145mm (мм)	21/134569	2
6.	09.63036.180S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,0mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)	21/130953	2

Відповідно до вимог ст. 8 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції», з метою інформування споживачів та безпечного та ефективного використання

арс.1



Товариство з Обмеженою Відповідальністю



УКРТРАВМА

якість у лікуванні переломів

33023, м. Рівне, вул. Відінська, 8. Код ЄДРПОУ 37497045 Р/р UA4532536500000026000002335478 Центральна філія ПАТ «Кредобанк»
e-mail: ukrtrauma@gmail.com

зазначених вище медичних виробів, просимо Вас розмістити на сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками інформацію щодо вилучення з ринку медичного виробу.

Інформація наведена у Терміновому повідомленні про безпеку на місцях від 25.09.2025.

Додаток:

1. Термінове повідомлення про безпеку на місцях – на 8 арк.

З повагою,

Директор ТзОВ «Укртравма»

(посада)
особи)



(підпис)

І.А.Ріхтер

(ініціали та прізвище посадової

Попередня інформація для дистриб'юторів
Термінова інформація з безпеки
Відкликання медичних виробів

Арт	Найменування	ЛОТ
09.63030.110S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу маломілкової кістки діаметр 3,0mm (мм), L (довжина) 110mm	Див в додатку
09.63030.145S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу маломілкової кістки діаметр 3,0mm (мм), L (довжина) 145mm	Див в додатку
09.63030.180S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу маломілкової кістки діаметр 3,0mm (мм), L (довжина) 180mm	Див в додатку
09.63036.110S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу маломілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 110mm	Див в додатку
09.63036.145S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу маломілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 145mm	Див в додатку
09.63036.180S	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу маломілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 180mm	Див в додатку

Шановні пані та панове,

Дітер Марквардт Медіцінтехнік ГмбХ / Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH ініціює добровільне відкликання продукції. Це відкликання стосується номерів LOT, зазначених у додатку. Зазначені інтрамедулярні стрижні для маломілкової кістки призначені для стабільної фіксації та малоінвазивного лікування переломів дистального відділу маломілкової кістки зі збереженням м'яких тканин. Згідно з нашими даними, ви або ваша установа отримали одну чи більше одиниць продукції, переліченої у додатку. Просимо уважно ознайомитися з цією інформацією та виконати необхідні дії у межах цього заходу безпеки (відкликання).

Причина добровільного відкликання медичного виробу:

Зазначені номери LOT відкликаються як запобіжний захід для перевірки того, чи відповідає проксимальний вигин стрижня під кутом 4° технічним характеристикам і чи виконаний він у правильному напрямку. Компанія Дітер Марквардт Медіцінтехнік ГмбХ / Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH отримала два повідомлення, в яких було виявлено відхилення вигину. З метою забезпечення безпеки пацієнтів усі LOT з відповідного періоду виробництва добровільно відкликаються для перевірки.

Необхідні дії:

1. Негайно перевірте ваш склад, щоб визначити наявність уражених LOT, та одразу ізолюйте їх. Негайно припиніть розповсюдження продукції з цих LOT.
2. Поверніть усі уражені LOT, що залишаються на складі, до виробника Дітер Марквардт Медіцінтехнік ГмбХ / Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH.
3. Заповніть додану форму відповіді, підпишіть її та надішліть протягом трьох днів на адресу: vigilance@marquardt-medizintechnik.de

Просимо вибачення за будь-які незручності, спричинені цим відкликанням продукції, та дякуємо за вашу співпрацю.

Yours sincerely
Volker Bühler (Dip. Ing. FH.)
(QMB / PRRC)



[illegible]

[illegible]

09.63036.180S	23/154991	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)
Арт.	ЛОТ	Найменування
09.63036.180S	23/154994	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)
09.63036.180S	23/159348	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)
09.63036.180S	23/160755	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)
09.63036.180S	23/161596	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)
09.63036.180S	24/166358	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)
09.63036.180S	24/169232	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)
09.63036.180S	24/170566	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)
09.63036.180S	25/175125	Стержень ВІТУС-Мг для дистального відділу малогомілкової кістки діаметр 3,6mm (мм), L (довжина) 180mm (мм)

ФОРМА ПОВЕРНЕННЯ

У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся до нас:

Дітер Марквардт Медіцінтехнік ГмбХ / Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH
Robert-Bosch-Str. 1 78549 Spaichingen, Germany / Роберт-Босх-Стр. 1 78549 Спайчінген, Німеччина

Тел: +49/7424/95810

ФАКС: +49/7424/501441

E-Mail: vigilance@marquardt-medizintechnik.de

Ваша контактна особа з цього питання зазначена нижче. Якщо у вас виникнуть запитання щодо цього заходу, будь ласка, звертайтеся безпосередньо до відповідальної особи

Ім'я: Volker Bühler, Funktion: QMR / PRRC, Tel. +49(0)7424/958115

Email: vigilance@marquardt-medizintechnik.de

Будь ласка, позначте відповідний варіант:

☒ Я отримав(ла) повідомлення про відкликання від Dieter Marquardt Medizintechnik GmbH..

☐ Ми перевірили наш склад. Зазначені продукти є в наявності, були / будуть повернуті до Marquardt Medizintechnik _____.

К-сть	Арт.	Найменування	ЛОТ
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			



_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			
_____ ШТ.			

☐ Ми передали/продали товары таким установам

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	



--	--

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Назва установи	
Контактна особа	
Електронна адреса	

Будь ласка, у всіх випадках заповніть цю форму повністю, навіть якщо ви вже знищили продукцію або повернули її до Marquardt Medizintechnik. Надішліть її електронною поштою на вказану нижче адресу протягом трьох робочих днів.

(Date / legally valid signature)



Будь ласка, надішліть цю форму-відповідь електронною поштою на:

vigilance@marquardt-medizintechnik.de

PRELIMINARY INFORMATION FOR DISTRIBUTORS
URGENT SAFETY INFORMATION
RECALL FOR MEDICAL DEVICES

REF	designation	LOT
09.63030.110S	VITUS-Fi Distal Fibula Nail Ø 3.0 mm, L 110 mm	See attachment
09.63030.145S	VITUS-Fi Distal Fibula Nail Ø 3.0 mm, L 145mm	See attachment
09.63030.180S	VITUS-Fi Distal Fibula Nail Ø 3.0 mm, L 180mm	See attachment
09.63036.110S	VITUS-Fi Distal Fibula Nail Ø 3.6mm, L 110mm	See attachment
09.63036.145S	VITUS-Fi Distal Fibula Nail Ø 3.6mm, L 145mm	See attachment
09.63036.180S	VITUS-Fi Distal Fibula Nail Ø 3.6mm, L 180mm	See attachment

Dear Sir or Madam,

Marquardt Medizintechnik GmbH is initiating a voluntary product recall. This product recall covers the LOT numbers listed in the appendix.

The fibula nails in question are intended for stable Fixation and soft tissue sparing treatment of distal fibula fractures.

Our records indicate that you or your institution have received one or more units of the products listed in the attachment. Please read this information carefully in order to respond to this safety measure (recall).

Reason for the voluntary medical device recall:


The listed LOT numbers are being recalled as a precautionary measure to check whether the proximal 4° bend of the nail complies with the technical specifications and has been performed in the correct direction. Marquardt has received a total of two reports in which deviations in the bend were detected. To ensure patient safety, all LOT numbers from the production period to be checked are therefore being voluntarily recalled.

Required measures:

1. Please check your inventory immediately to determine whether you have the affected LOT numbers in stock and isolate it immediately. Discontinue the distribution of the affected LOT numbers immediately.
2. Please return all affected LOT numbers, which are still in stock, to Marquardt Medizintechnik immediately.
3. Please complete the attached reply form, sign it and send it within three days to
vigilance@marquardt-medizintechnik.de

We apologise for any inconvenience caused by this product recall and thank you for your cooperation.

Yours sincerely



Volker Bühler (Dip. Ing. FH.)
(QMB / PRRC)

Appendix:

REF	LOT	Description	REF	LOT	Description
09.63030.110S	20/125496	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	20/125497	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	20/126473	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	20/128079	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	20/126474	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	21/131503	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	20/128077	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	21/133845	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	21/130106	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	21/135635	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	21/131501	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	21/137422	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	21/132148	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	21/138706	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	21/134666	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	22/140875	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	21/136928	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	22/141663	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	21/138190	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	22/143276	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	21/139030	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	22/143856	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	21/139739	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	22/145577	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	21/140363	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	22/148078	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	22/141680	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	22/152116	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	22/142833	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	23/154990	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	22/143273	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	23/154992	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	22/144970	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	23/156049	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	22/145341	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	23/159347	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	22/145576	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	24/164204	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	22/147166	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	24/164759	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	22/148075	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	24/166357	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	22/150536	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	24/170565	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	22/152113	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.110S	25/173934	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 110mm
09.63030.110S	23/154984	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	20/127080	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.110S	23/154985	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	20/128307	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.110S	23/156047	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	21/130762	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.110S	23/159344	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	21/130952	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.110S	23/160752	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	21/133846	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.110S	24/164202	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	21/134569	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.110S	24/166150	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	21/135043	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.110S	24/167132	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	21/135849	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.110S	24/169227	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	21/137423	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.110S	24/169586	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	21/138489	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.110S	24/170562	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 110mm	09.63036.145S	21/138033	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.145S	20/126315	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm	09.63036.145S	21/140365	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63030.145S	20/126475	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm	09.63036.145S	22/141684	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm



REF	LOT	Description
09.63030.145S	20/128078	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	20/128899	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/130107	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/131837	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/132149	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/134310	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/134567	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/135634	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/137421	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/138192	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/138486	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/140364	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	21/140384	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/141681	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/142834	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/143854	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/144871	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/148091	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/147187	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/150537	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/150962	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	22/152114	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/153466	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/154754	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/154987	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/158048	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/157243	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/159345	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	23/161592	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	24/167134	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	24/169229	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	24/169687	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	24/170563	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.145S	25/178847	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 145mm
09.63030.180S	20/126478	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63030.180S	20/127079	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63030.180S	20/128744	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm

REF	LOT	Description
09.63036.145S	22/143887	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/144787	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/144873	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/145578	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/147169	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/150067	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/150963	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	22/152117	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	23/154993	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	23/158050	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	23/158816	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	23/160754	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/164205	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/164760	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/167137	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/169231	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/171647	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	24/173001	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.145S	25/173935	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 145mm
09.63036.180S	20/125498	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	20/128080	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/130763	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/130953	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/133847	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/135636	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/138707	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	21/139034	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/140876	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/141685	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/143282	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/143858	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/144974	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/145579	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/150068	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/150964	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	22/152118	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	23/154991	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm



REF	LOT	Description
09.63030.180S	21/131502	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	21/134568	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	21/136929	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	21/138487	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	21/139032	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/141682	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/143855	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/144072	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/146052	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/147158	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/150538	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	22/152115	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/153467	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/154988	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/154989	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/158346	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/160753	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	23/162879	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	24/164758	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	24/167136	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	24/170564	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm
09.63030.180S	24/172998	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.0mm, L 180mm

REF	LOT	Description
09.63036.180S	23/154894	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	23/159348	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	23/160755	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	23/161586	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	24/166358	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	24/169232	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	24/170566	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm
09.63036.180S	25/175125	VITUS-Fi Distal Fibula Nail ø 3.6mm, L 180mm

____ Piece			
____ Piece			
____ Piece			
____ Piece			
____ Piece			

☐ We have forwarded/sold items to the following institutions

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	



Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	

Name of Institution	
Contact person	
Email address	



Please complete this form in full in all cases, even if you have already destroyed the products or returned them to Marquardt Medizintechnik. Please email it to the email address below within three working days.

(Date / legally valid signature)

Please email this reply form to:
vigilance@marquardt-medizintechnik.de