



ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»,  
03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10  
тел./факс +38(044) 275-01-08,  
e-mail: uf@uf.ua

IBAN UA55351005000026009539628500  
в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005,  
ЄДРПОУ 30109129

ІПН 301091226585  
Свідоцтво платника ПДВ № 36097919,  
Платник податку на загальних підставах

30.03.2026

Київ

№ 719

**Державній службі України з лікарських засобів  
та контролю за наркотиками**

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юрія-фарм», місцезнаходження: Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 10, що є OBL виробником з виробничою ділянкою: Plot No. 115-116, Sector 59, HSIIDC Industrial Area, Ballabgarh, Faridabad, Haryana 121004, INDIA, висловлює свою повагу та інформує про:

У зв'язку з особливостями технологічного процесу нанесення змінної інформації, а саме дати після застосованих символів «Дата виготовлення» та «Використати до» вказані не у вигляді чотирьох цифр року і двох цифр місяця, а вказані у вигляді чотирьох цифр року і трьох літер місяця.

Дана ситуація стосується наступних партій:

Найменування виробу	Партія	Кількість, шт.
Ю-ФЛЕКС Плюс Периферична венозна канюля з системою безпеки 18G 1,3x32 mm (мм)	3045522B	1790
	3122423E	7814
	3331524M	3554
	3097224D	2534
	3381524N	4790
Ю-ФЛЕКС Плюс Периферична венозна канюля з системою безпеки 20G 1,1x32 mm (мм)	3130225D	7785
	3045622B	4790
	3331624M	9554
	3122523E	27414
	3381624N	5790
Ю-ФЛЕКС Плюс Периферична венозна канюля з системою безпеки 22G 0,9x25 mm (мм)	3130325D	9785
	3045722B	6410
	3122623E	19414
	3095724D	8534
	3381724N	14554
	3130425D	14785

Державна служба  
України з лікарських  
засобів та контролю за  
наркотиками  
№5363/08-26 від 31.03.2026

арк.2



Ю-ФЛЕКС Плюс Периферична венозна канюля з системою безпеки 24G 0,7x19 mm (мм)	3045822B	5755
	3331724M	3554
	3097324D	3534
	3381824N	5790

Слід зазначити, що наведена вище ситуація має виключно технічний характер і жодним чином не впливає на якість та ефективність медичного виробу. У зв'язку з чим жодних ризиків для споживачів (користувачів) дана невідповідність не становить та не створює додаткових ризиків, які б могли вплинути на безпечність при використанні такої продукції. Дана продукція є стерильною, та проходить етап стерилізації.

Проведена комунікація з контрактною виробничою дільницею, яка вже змінила обладнання, що забезпечує нанесення змінної інформації, а саме дати після застосованих символів «дата виготовлення» та «Використати до» у вигляді чотирьох цифр року і двох цифр місяця.

ТОВ «Юрія-фарм», як виробник гарантує якість, безпечність та ефективність зазначених медичних виробів та зобов'язується виправити технічну помилку при виготовленні наступних партій.

З огляду на вищесказане, просимо прийняти до уваги дане уточнення та розмістити цю інформацію на офіційному сайті Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в «Повідомлення від виробників або їх уповноважених представників про невідповідність продукції»

З повагою,  
Провідний фахівець  
з регуляторних проектів



**Святослав ТАРАНЕНКО**